

# 9月医療安全ニュース

2016年9月2日 あおもり協立病院医療安全管理室

**注意！！**

**転倒・転落予防のための、センサーマットのスイッチをOFFにし、転倒に至った事例が増えています。**



事例No. 435 Lv2

8月23日 入院当日 19時30分ごろ、尿意あり、立ち上がり3歩くらい歩いた先で、ベッドサイドへしりもちつき転倒。施設職員がついていたため、センサーマットのスイッチを切っていたが帰る際に入れなかった。

事例No. 464 Lv2

9月1日 午前2時50分、もの音があり訪室するとしりもちをつきベッドサイドへ転倒いるところを発見。センサーマット設置していたが、スイッチがOFFになっていた。前回センサー反応あった時にスイッチをOFFにし、入れ忘れた。



センサーマットの適応って？

歩行が不安定で転倒リスクがきわめて高い方で、  
なおかつ、ナースコールを押せない（押さない）  
方に使用するのだよ・・・

対応策：センサーマットのスイッチは切らない！！

処置・移動・検査・面会などで  
マットをふむ場合は、マットをベッドの下にしまう（終了後、出し忘れ注意！）

