

4月医療機器安全ニュース

2017年4月17日 あおもり協立病院医療安全管理室



MRI装置への掃除機器の吸着事故

事例No. 10 4月2日発生
MRI室の表面洗浄を行うため、掃除機器(ポリッシャー)をMRI検査室内の装置近くまで入れてしまい、掃除機器を吸着させてしまった。
負傷者には出なかったが、MRI装置の修理が必要となった。

**MR I 装置は撮影の有無にかかわらず、24時間365日磁場を発生させています。
磁性体金属・機器は持ち込み禁止です。**

知っていましたか？



職員が持ち込みやすい物

従事している・慣れている職員でも起こす可能性はゼロではありません。

MR I 室に入る際のチェックは患者・職員とも同じように！！