

10 月医療安全ニュース

2021 年 10 月 6 日 あおもり協立病院 医療安全管理室

いつもインシデント入力して頂き有難うございます。

「経腸栄養コネクタ変更予定」

今回はお知らせになります。

経腸栄養のコネクタが新規格になります。

変更に至る経緯

医療現場では、各種チューブやラインを患者に接続しています。日本では少ないのですが、世界では点滴ラインと栄養ラインを繋ぎ間違えるという重大事故が発生しています。そのため、経腸栄養の誤接続防止をはじめとした医療機器に使用されるコネクタに関して、異なる製品分野それぞれのコネクタが接続できないよう国際標準化機構（ISO規格）に変更していくよう厚労省から全国に通達がありました。


何がどのように変わるの？




現在の胃ろう接続コネクタは差し込むだけ（写真下）でしたが、新規格のものは「**ロック式**」（写真上）になります。胃ろうのバルーンタイプ・ボタン式の接続コネクタ先端がロック式になります。そのため、既存のアダプタやシリンジは接続できなくなります。

どうすれば良いの？

変換コネクタを接続すると従来のアダプタやシリンジが使用できます。



シリンジも変更になります。



他院でもこのような流れになっておりますので、新規規格の胃ろうで入院する場合があります。そのため、ロック式のコネクタが付いている人と従来の胃ろうの方が混在することになります。用度管理センターでは両方に対応できるコネクタを準備していますのでご不明点がございましたらお知らせください。

当院での新規規格胃瘻キットは予定が分かり次第お知らせいたします。