1 月医療安全管理室ニュース

2024 年 1 月 10 日 あおもり協立病院 医療安全管理室

いつもインシデント入力して頂き有難うございます。

また安全・適正にポンプを使用していただき有難うございます。

「輸液ポンプのアラーム音を変更します」

昨年、ポンプの全台更新に伴いアラーム音も変更となりました。

しかし使用部署より、旧タイプに比べ「アラーム音が聞こえづらい」との意見が上がっておりました。

アラーム音が聞こえづらいことは、医療安全上好ましくないため、メーカーに相談し、旧タイプの音色に変更することとしました。

当該部署でアラーム音を聞き比べてもらった結果、旧タイプの方が聞こえやすいとのことでした。

- ・ 臨床工学室にて順次変更していきます。
- ・ 現在、各部署にストックしているポンプはこちらで交換します。
- ・ 使用中のものはそのまま使用して構いません。返却時に変更します。

※しばらく音色が混在するかと思われませんが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。