

5月医療安全管理室ニュース

2026年5月25日 あおもり協立病院 医療安全管理室

いつもインシデント入力して頂き有難うございます。

「加温加湿器との併用による

人工鼻の閉塞に関する注意」

今回は、4月のインシデント内容に関する注意喚起になります。

【事例】：気切している方でトラキベント（人工鼻）を使用し酸素投与がされていたが加湿されていることを夜勤者が発見。

なぜ問題なの？


【理由】：加温加湿器やネブライザーを併用すると過度の吸湿により、

人工鼻が閉塞し患者さんの換気が困難となる恐れがあります。

①酸素＋加湿器
人工鼻外して
トラキマスク



②酸素＋人工鼻
(加湿なし)



★皆様のインシデント報告がマニュアルの改訂やシステム変更などを検討する機会になります！それは、患者安全につながります！引き続きご協力の程宜しくお願いします。

★2024年5月の医療安全情報も関連事例にて再掲載します。