


7・8 月医療安全管理室ニュース

2026 年 8 月 26 日 あおもり協立病院 医療安全管理室

いつもインシデント入力して頂き有難うございます。
今回は、7～8月の間にあったインシデントの1事例の紹介です。（忘れた頃に起きる・・・）

実施前には確認作業を行いましょう！
指先確認！よし！



隔壁開通をする前に開通確認のシールを
はがさないで～！！

上室と下室では成分が異なります。隔壁を開通せ
ずに下室のみ投与してしまうと、予定した成分・
投与量・濃度が投与できません！高血糖／低血糖
などを引き起こすこともあります。

二槽バッグ製剤で、**隔壁が未開通**のまま投与される事例が
繰り返し報告されています。
必ず開通方法・開通確認の手順を守りましょう。



今回の事例は、高血糖など起きていないかなどの追加検査が必要となっています。

患者安全のためにも **6Rの確認**も併せて確認をしていきましょう。

★皆様のインシデント報告がマニュアルの改訂やシステム変更などを検討する機会になり
ます！引き続きご協力の程宜しくお願いします。